



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE ORESTE GIORGI"

Via A. Gramsci s.n.c. - 00038 VALMONTONE (RM) ☎ 069590703

COD. MEC. RMIC8BD00C – COD.FISCALE 95017670589

<http://www.istitutogiorgi.edu.it> rmic8bd00c@istruzione.it rmic8bd00c@pec.istruzione.it

AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO:

Maria Cicetti
Anna Caratelli
Maria Stella Bracaglia
Maria Proscio
Paola Simeoni
Al Personale scolastico
Alla DSGA
AL SITO
Agli Atti

OGGETTO: DESIGNAZIONE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI DEFRIBILLATORI 2023/24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la fornitura di n. 5 defibrillatori da parte del Comune di Valmontone che verranno installati in ogni plesso dell'Istituto;

VISTA la necessità di garantire l'efficienza operativa degli strumenti;

VISTA la presenza all'interno di ogni singolo plesso di Addetti designati al Primo soccorso;

nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, previa consultazione della RLS di Istituto prof.ssa Regina Ricci,

DESIGNA

quali Addetti alla manutenzione del defibrillatore in dotazione all'Istituzione scolastica in epigrafe così come meglio specificato in successione:

Plesso Infanzia P. Pio	Maria CICETTI
Plesso Infanzia S. Giudico	Anna CARATELLI
Plesso Primaria P. Pio	Maria Stella BRACAGLIA
Plesso Primaria Vallerano	Maria PROSCIO
Plesso Secondaria Giorgi	Paola SIMEONI

I compiti relativi a tale incarico sono i seguenti:

- tenere in efficienza operativa il DAE di competenza in conformità col piano di controllo e manutenzione che qui di seguito si specificano:

- Assenza di segnali di malfunzionamento (es spia rossa, allarme sonoro);

- Presenza di spia lampeggiante verde;

- Verifica a vista dell'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori. In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori;

- Verifica a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori. In tal caso informare immediatamente il datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza;

- Controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di superamento della data di scadenza, informare immediatamente il datore di lavoro per la sollecita sostituzione.

La designazione decorrerà dal ricevimento della presente fino al 31 agosto 2024 e comunque fino a nomina di nuovi addetti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Di Vietri
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

Firme per accettazione dell'incarico